

Số: /BVPHCN-DVTTBYT

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam (sau đây gọi chung là các nhà cung cấp)

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo trong việc lập dự toán mua sắm, lập giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2025 của đơn vị, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Thông tin về đơn vị:

- Tên đơn vị: bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ: 343 đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin về người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bạc Thị Hội
- Chức vụ: viên chức khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La
- Số điện thoại: 0869916559
- Email: bvphcn@sonla.gov.vn
- Địa chỉ: 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: văn thư - phòng Tổ chức cán bộ hành chính- Quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La (địa chỉ: 343 đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Nhà cung cấp gửi kèm bản mềm báo giá vào địa chỉ email: bvphcn@sonla.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá từ 08h ngày 06 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h30 ngày 16 tháng 5 năm 2025.

Lưu ý: đơn vị chỉ xem xét các báo giá nhận được trong khoảng thời gian nêu trên.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

II. DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá cụ thể như sau:

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm điều trị (Máy siêu âm kết hợp siêu âm tự động)	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối OECD Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Cái; - Tủ điện y khoa hướng dẫn: 01 Bộ; - Dây cáp nguồn: 01 Cái; - Đầu phát đa tần 1/3Mhz diện tích $\geq 5\text{cm}^2$: 01 Cái; - Đầu phát tự động 5cm^2 diện tích $\leq 7\text{cm}^2$: 01 Cái; - Giá đỡ đầu phát tự động: 01 Cái; - Chai gel hỗ trợ tiếp xúc 01 Chai $\geq 250\text{ml}$; - Giá giữ đầu phát động: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 Bộ.	07	Cái
2	Máy xoa bóp toàn thân	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Cái; - Bao cuốn ≥ 04 khoang chi dưới: 02 Cái; - Điều khiển từ xa: 01 Cái; - Bao tay ≥ 04 khoang: 01 Cái; - Bao eo ≥ 04 khoang: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ.	06	Cái
3	Máy điện phân	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính (ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; - Dây nguồn: 01 Cái; - Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; - Điện cực cao su chì: ≥ 04 Cái; - Miếng làm ẩm điện cực: ≥ 04 Cái; - Dây buộc co dẫn: ≥ 02 Cái; - Bộ hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ.	06	Cái
4	Máy điện xung	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối OECD Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: - Máy chính (ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; - Dây nguồn: 01 Cái; - Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; - Điện cực cao su chì: ≥ 04 Cái; - Dây buộc co dẫn: ≥ 04 Cái; - Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ.	02	Cái
5	Máy điều	Yêu cầu chung:	02	Cái

	trị và kích thích phát âm	Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính (ưu tiên Việt hóa giao diện): 01 Cái; - Dây nguồn: 01 Cái; - Dây cáp kích thích điện: ≥ 02 Cái; - Điện cực cao su chì: ≥ 04 Cái; - Miếng làm ẩm điện cực: ≥ 04 Cái; - Điện cực điểm: 01 Cái; - Dây buộc co dẫn: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ.		
6	Máy xét nghiệm sinh hoá	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy xét nghiệm sinh hóa tự động: 1 cái; - Lò đun hóa chất: 1 bộ; - Bộ hóa chất chạy thử máy: 1 bộ; - Can đựng nước thải: 1 cái; - Can đựng hóa chất rửa máy: 1 cái; - Dây nguồn: 1 cái; - Máy tính + máy in đen trắng: 01 chiếc; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.	01	Cái
7	Máy ly tâm	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính: 1 cái; - Roto góc ≥ 24 lỗ: 1 cái; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt: 1 bộ.	01	Cái
8	Máy xét nghiệm nước tiểu	Yêu cầu chung: Máy mới 100% Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ.	01	Cái
9	Máy siêu âm tổng quát	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Hệ thống Máy chính kèm xe đẩy màn hình: 01 cái; - Đầu dò Convex: 01 cái; - Đầu dò Linear: 01 cái; - Đầu dò 4D: 01 cái; - Đầu dò tim: 01 cái; - Phần mềm siêu âm tim: 01 bộ; - Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ; - Bộ lưu điện 1KVA: 01 bộ; - Bộ máy tính: 01 bộ; - Máy in phun màu: 01 cái.	01	Cái
10	Máy kéo giãn	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu. Yêu cầu cơ bản về cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Cái - Nút dừng khẩn cấp: 01 Cái; - Kê chân điều chỉnh: 01 Cái; - Dây đai kéo cổ: 01 Cái;	02	Cái

		- Dây đai kéo lưng: 01 Cái; - Dây đai vùng ngực: 01 Cái; - Khung kéo cổ tư thế nằm: 01 Cái; - Bàn kéo giãn cột sống nâng hạ điều khiển điện đồng bộ: 01 Cái; - Thanh điều chỉnh góc kéo có pully: 01 Cái; - Giá đỡ máy chính: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ.		
11	Máy sóng ngắn	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu hoặc khối OECD. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Bộ hướng dẫn vận hành thiết bị: 01 Cái; - Đèn neon kiểm tra phát sóng: 01 Cái; - Điện cực dạng đĩa $\varnothing \geq 130\text{mm}$: 02 Cái; - Đầu kẹp dây cáp: ≥ 02 Cái; - Dây cáp điện cực: ≥ 02 Cái; - Tay giữ điện cực ≥ 6 khớp điều chỉnh: 02 Cái.	04	Cái
12	Buồng điều trị tử ngoại toàn thân	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ G7 hoặc khối OECD. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Đèn chiếu tia cực tím: 01 chiếc; - Bóng đèn và phụ kiện kèm theo: 01 bộ.	01	Bộ
13	Máy laser không xâm lấn	Yêu cầu chung: Máy mới 100%, ưu tiên xuất xứ Châu Âu. Yêu cầu về cấu hình cung cấp: - Máy chính kèm xe đẩy: 01 Cái; - Đầu laser quang chiếu: ≥ 10 Cái; - Kính bảo vệ: ≥ 01 Cái; - Băng keo đục lỗ: ≥ 02 Cuộn; - Cố định đầu phát: ≥ 10 Cái; - Cố định laser chiếu chùm trong nội mạch không xâm lấn: 01 Cái; - Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ.	08	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (*địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lè, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La*).

- Yêu cầu giá báo giá: bao gồm toàn bộ thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị (hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì....).

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Công ty chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

3. Thời gian giao hàng dự kiến

- Thời gian bắt đầu thực hiện gói thầu: quý II,III/2025.

- Tiến độ cung cấp: 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không
- Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ khi công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán. Chứng từ thanh toán phải đảm bảo đúng với quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác:

- Các thiết bị phải có tính năng tương đương hoặc cao hơn tính năng yêu cầu, các thiết bị khi chào nhà cung cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung.

- Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào thấp hơn hoặc không đáp ứng được các tiêu chí đưa ra, bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố, tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không ảnh hưởng quá nhiều đến các tính năng, công dụng cũng như thực tế sử dụng của chuyên môn và hiệu quả khám và điều trị bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị.

- Đề nghị các nhà cung cấp báo giá cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu tại Phụ lục 01 và 02 đính kèm.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo

Phụ lục 01**MẪU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện

Trên cơ sở yêu cầu báo giá, chúng tôi Công ty, có địa chỉ tạibáo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá(VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ¹ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Tên thiết bị										
2	Tên thiết bị										
											
Tổng tiền VNĐ (Bằng chữ:./.)											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày....thángnăm 2025.

Phụ lục 02

MÔ TẢ KỸ THUẬT

TÊN THIẾT BỊ:.....

I. Mô tả chung:

- Năm sản xuất : Từ năm 2024 trở về sau
- Chất lượng máy : Mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng :(ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương)
- Nguồn điện :V, 50/60 Hz
- Môi trường hoạt động : nhiệt độ tối đa đến: $\geq \dots^{\circ}\text{C}$
: độ ẩm tối đa đến: $\geq \dots\%$ không ngưng tụ

II. Cấu hình thiết bị

Máy.....kèm phụ kiện và cấu hình cung cấp

- Máy chính : 01 Cái
- Phụ kiện : 01 Cái
- ...

III. Đặc tính kỹ thuật:

1. Tính năng chung

2. Thông số kỹ thuật chi tiết

IV. Nội dung khác

- Giao hàng: 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng với máy chính
- Giao hàng đến nơi sử dụng bao gồm lắp đặt, bảo hành, bảo trì
- Bảo trì định kỳ 6 tháng/1 lần
- Cam kết cung cấp tiêu hao trong vòng 9 năm, giá vật tư 5 năm không tăng giá
- Cam kết cung cấp đầy đủ phân loại, phiếu tiếp nhận là trang thiết bị y tế, uỷ quyền nếu trúng thầu.
- Có đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng tham gia việc hướng dẫn, bàn giao, chuyển giao công nghệ.
- Lắp đặt chạy thử tại nơi sử dụng